ภาพเปรียบเทียบ ขวดเพาะเชื้อในกระแสเลือด และแนวทางการใช้งาน

ขวดชนิดเดิม (แก้ว):

BD BACTEC™ Ped Plus™/ F Culture Vials

ภาควิชาฯ จะแจกจ่าย **ขวดชนิดเดิม**

ถึงวันที่ 1 เมษายน 2562

การใช้งาน

- ใช้สำหรับใส่เลือดของผู้ป่วย (เด็กแรกเกิด-อายุ 14 ปี)
- ปริมาณเลือด 1-3 ml
- กรณีขวดชนิดเดิมยังไม่หมดอายุ ward ยังสามารถใช้**ขวดชนิดเดิมได้ตามปกติ**

ขวดชนิดใหม่ (พลาสติก):

BD BACTEC™ Ped Plus™/ F Culture Vials (Plastic)

ภาควิชาฯ จะแจกจ่าย **ขวดชนิดใหม่**

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

การใช้งาน

- ใช้สำหรับใส่เลือดของผู้ป่วย (เด็กแรกเกิด-อายุ 14 ปี)
- ปริมาณเลือด 1-3 ml

หมายเหตุ การใช้งานขวดชนิดใหม่ (พลาสติก): BD BACTEC™ Ped Plus™/ F Culture Vials (Plastic)

1. ขอความร่วมมือเลือกชนิดของขวดเพาะเชื้อในกระแสเลือดให้ถูกต้องสำหรับการตรวจ
2. รายการทดสอบที่เหมาะสมสำหรับการตรวจ คือ รหัส 201201: รายการ Bacteria: culture (aerobic)
3. ตรวจสอบวันหมดอายุของขวดก่อนใช้
4. ไม่ปิดฉลากชื่อผู้ป่วยทับบาร์โค๊ดของขวดเลือด เนื่องจากห้องปฏิบัติการต้องใช้บาร์โค๊ดสำหรับสแกนรับเข้าระบบ